

Техническое задание

Измеритель адгезии изоляционного покрытия: ИА-1

Технические характеристики для проведения запроса:

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
1	Тип контролируемой изоляции	-	битумная, полимерная
2	Диаметр контролируемых труб	мм	от 50
3	Диапазон измерения величины усилия прилипания	Н	до 60
4	Вид измерения	-	механический
5	Метод измерения	-	метод сдвига
6	Индикация показаний	-	стрелочная
7	Толщина контролируемого покрытия	мм	15

Дополнительно:

Список требуемых документов:

1. Паспорт прибора;
2. Руководство по эксплуатации;
3. Методика поверки;
4. Сертификат об утверждении типа средств измерений (действующий);
5. Свидетельство о поверке (действующее).